

Техническая спецификация закупных товаров

Наименование	Описание
<p>Стол неонатальный</p>	<p>Стол неонатальный предназначен для создания условий эффективного проведения мероприятий по восстановлению жизненно важных функций у новорожденных и ухода за ними в родильных блоках, палатах интенсивной терапии новорожденных и отделений реанимации.</p> <p>Стол неонатальный обеспечивает автоматический регулируемый обогрев ребенка инфракрасным излучением и экстренную кислородотерапию.</p> <p>Возможна установка на стол дополнительного оборудования для терапевтических и реанимационных мероприятий: рентгенографии, переливания крови, дозированного введения лекарственных растворов, массажа сердца.</p> <p>Стол неонатальный выпускается в двух вариантах исполнения: с фиксированным положением по высоте детского ложа и с регулированием по высоте детского ложа в пределах 180 мм.</p> <p>Стол оснащен аудио-визуальной системой тревожной сигнализации при следующих отклонениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при отключении питания сети • при обрыве или коротком замыкании в цепи датчика температуры кожи • при отклонении температуры кожи младенца от установленного значения <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диапазон регулирования температуры, °С 35...37,9 - Максимальная погрешность измерения температуры, °С ±0,3 - Максимальный угол наклона матрася, угл.град ±10 - Напряжение питания, В 220, 50 Гц - Потребляемая мощность, Вт, не более 700 - Габариты, мм 2000х1100х710 - Масса (без съемных частей), кг, не более 120 <p>Стандартная комплектация</p> <p>Стол с обогревом -1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Матрасик в чехле-1 шт 1.2 Подставка для рентгенкассеты-1 шт 1.3 Модуль нагревателя -1 шт 1.4 Стойка модуля нагревателя -1 шт 1.5 Тепложка -1 шт 1.6 Стойка инфузионная -1 шт 1.7 Столик с рычагом - 2 шт 1.8 Основание -1 шт 1.9 Полка инструментальная-1 шт

	<p>1.10 Датчик температуры кожи - 1 шт</p> <p>Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. модель 2016 года</p> <p>Обязательное наличие (предоставить подтверждающие документы в тендерной заявке):</p> <p>Инструкция пользователя на русском и казахском языке</p> <p>Обучение персонала на рабочем месте не менее 6 часов.</p> <p>Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.</p> <p>Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК.</p> <p>Наличие авторизованной сервисной службы по данному оборудованию на территории РК</p> <p>Сервисное обслуживание не менее 12 месяцев.</p> <p>Потенциальный поставщик медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя, имеющего договор и иные документы, подтверждающие его право на реализацию предлагаемой к закупке медицинской техники</p> <p>Гарантия на оборудование: 2 года на основной прибор, 6 месяцев на кабели и провода с момента ввода в эксплуатацию. Доставка, установка, обучение на рабочем месте. Срок поставки: 30 календарных дней.</p>
--	---

Главный врач

Смаков С.Б.



Атауы	Сипаттамасы
<p>Неонаталды үстелі</p>	<p>Жана туған нәрестелерде және босандыру блоктарында оларды күту, нәрестелердің қарқынды терапия палаталарында және реанимация бөлгімшелерінде өмірлік маңызды функцияларды қалпына келтіру бойынша тиімді іс-шаралар өткізу үшін неонаталды үстел.</p> <p>Неонаталды үстел бағаның инфрақызыл сәулесі және шұғыл оттегі терапиясын автоматты реттегіні жылдыуды қамтамасыз етеді.</p> <p>Үстелге терапиялық және реанимациялық іс-шаралар үшін қосымша жабдық орнауы мүмкін: рентгенография, қан құю, мөлшерленген дәрілік ерітінділерді құю, жүрекке массаж.</p> <p>Неонаталды үстел екі нұсқасы бар: бйіктігі бойынша бағалар жожа және реттеумен бйіктігі бойынша бағалар жожа шетінде 180 мм.</p> <p>Үстел келесі ауытқулар кезінде аудио-көрнекі дабыл сигнализациясы жүйесімен жабдықталған:</p> <ul style="list-style-type: none"> • желіден ажыратқан кезде • тері температурасының тетік тізбегінде үзілген немесе қысқа тұйықталу кезде • белгіленген маңыздынан сәбидің тері температурасының ауытқыған кезде <p>Техникалық сипаттамасы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Температураны реттейтін диапазон, °С 35...37,9 - Максималды температураны өлшеу қателігі, °С ±0,3 - Матрас бұрышының ең жоғарғы көлбеуі, бұрышы град ±10 - Қуат көзінің көрнеуі, В 220, 50 Гц - Қолданылатын күші, Вт, 700 кем емес - Табариттері, мм 2000x1100x710 - Салмағы (алмалы-салмалы бөлшектерісіз), кг, 120 кем емес <p>Стандартты комплектация</p> <p>Қыздырғышы бар үстел -1 дана</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 тысталған матрас-1 дана 1.2 Рентгенкассеталар үшін қойғыш-1 дана 1.3 Қыздырғышты модулі -1 дана 1.4 қыздырғышты модулінің тіреуі -1 дана 1.5 арба -1 дана 1.6 Инфузиялық тіреу -1 дана 1.7 Тегімен үстел -- 2 дана 1.8 Негізі -1 дана 1.9 Аспаптық сөре-1 шт

	<p>1.10 Төрі температурасының датчыгі -1 дава</p> <p>Жабдык жана, бұрын қолданылмаған болу керек, молдүлі 2016 жылғы. Міндетті (теңдірлік тапсырыста растайтын құжаттары) болуы тиіс: Пайдаланушы нұсқаулығы орыс және казак тілінде Персоналды оқыту, жұмыс орнында кемінде 6-сағат. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрлігінің тіркеу куәлігінің болуы. ҚР МӨЖ өлшем құралдарының тізімінде тіркеуі болуы. ҚР аумағында осы жабдык бойынша авторизацияланған сервистік қызметінің болуы, Сервистік қызмет көрсету 12 айдан кем болмауы. Медициналық техниканы әлеуетті жеткізушісінің өндіруші мәртебесі не ресми дистрибьютор, немесе сатып алуға ұсынлатын медициналық техниканы іске асыруға құқығын растайтын келісім-шарт және өзге де растайтын құжаттар болуы тиіс</p> <p>Жабдыкқа кешілдеме: негізгі құралға 2 жыл, пайдалануға берілген сөттен бастап кабельдер мен сымдарға 6 ай. Жеткізу орналу, оқыту жұмыс орнында. Жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн.</p>
--	---

Бас дәрігер

Смаков С.Б.

