

Техническая спецификация закупаемых товаров

№ Наименование товара	Техническая спецификация оборудования
Видеоколоноскоп	<p>Маневренный прибор, специально сконструированный для удобства введения и последующего манипулирования. Широкий инструментальный канал диаметром 4,2 мм делает возможным использование различных аксессуаров, а также обеспечивает проведение отгличной аспирации.</p> <p>1. Видеоколоноскоп</p> <p>1.1 Технические характеристики</p> <p>Угол поля зрения не менее: 140 град.</p> <p>Глубина резкости не менее: 3 — 100 мм</p> <p>Изгиб дистального конца вверх-вниз не менее: 180 град.</p> <p>Изгиб дистального конца влево-вправо не менее: 160 град.</p> <p>Диаметр дистального конца не менее: 13,2 мм</p> <p>Диаметр вводимой трубки не менее: 13,2 мм</p> <p>Диаметр рабочей канала не менее: 4,2 мм</p> <p>Рабочая длина вводимой трубки не менее: 1700 мм</p> <p>Общая длина не более: 2023 мм</p> <p>1.</p> <p>2 Комплектация:</p> <p>Видеоколоноскоп 1 шт.</p> <p>Биопсийные щипцы с окном 1 шт.</p> <p>Щётка для очистки 20 шт.</p> <p>Щетка для очистки цилиндра отсоса 1 шт.</p> <p>Резиновый клапан биопсийного канала 10 шт.</p> <p>Набор О-колец 1 шт.</p> <p>Набор О-колец 1 шт.</p> <p>Силиконовое Масло 1 шт.</p> <p>Адаптер для очистки канала отсоса/ воздуха/воды 1 шт.</p> <p>Набор обратных клапанов (10 шт) 1 шт.</p> <p>Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды 1 шт.</p>

	<p>Крышка газового клапана 1 шт.</p> <p>Крышка для погружения 1 шт.</p> <p>Чемодан 1 шт.</p> <p>Инструкция пользователя 1 шт.</p> <p>Инструкция по эксплуатации 1 шт.</p> <p>Ключ 1 шт.</p> <p>1.</p> <p>3 Установленные принадлежности:</p> <p>Резиновый клапан биотсийного канала 1 шт.</p> <p>Адаптер обратного клапана водной струи 1 шт.</p> <p>Клапан отсоса 1 шт.</p> <p>Крышка коннектора водной струи 1 шт.</p> <p>Клапан подачи воздуха/воды 1 шт.</p>
	<p>Обучение персонала на рабочем месте не менее 6 часов.</p> <p>Оборудование новое, выпущено не ранее 2016 года</p> <p>Обязательное наличие(предоставить подтверждающие документы в тендерной заявке):</p> <p>Инструкция пользователя на русском и казахском языке</p> <p>Обучение персонала на рабочем месте не менее 6 часов.</p> <p>Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.</p> <p>Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК.</p> <p>Наличие авторизованной сервисной службы по данному оборудованию на территории РК</p> <p>Сервисное обслуживание не менее 12 месяцев.</p> <p>Потенциальный поставщик медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя, имеющего договор и иные документы, подтверждающие его право на реализацию предлагаемой к закупке медицинской техники</p>

Гарантия на оборудование: 2 года на основной прибор, 6 месяцев на кабели и провода с момента ввода в эксплуатацию. Доставка, установка, обучение на рабочем месте. Срок поставки: 30 календарных дней.

Главный врач
КГП на ПХВ «Экибастузская
городская больница»



Андосов М.Т.

	<p>Қолданушы нұсқаулығы Пайдалану нұсқаулығы Кілт</p> <p>1. 1 дана 1 дана 1 дана</p> <p>3 Орнатылған құралдар: Биопсиялы каналдың резенкелі клапаны 1 дана Судың клапанының адаптері 1 дана Сорғыш клапаны 1 дана Су коннекторының қақпағы 1 дана Ауа/су беру клапаны 1 дана</p> <p>Жұмыс орнында қызметкерлерді оқыту 6 сағаттан кем емес. Жана жабдықтар, 2016 жылдан ерте емес шығарылған</p> <p>Міндетті түрде болуы қажет (тендерлі өтінімде растайтын құжаттар ұсыну):</p> <p>Қолданушы нұсқаулығы орыс және қазақ тілдерінде Жұмыс орнында қызметкерлерді оқыту 6 сағаттан кем емес. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрлігінің тіркеу куәлігінің болуы. ҚР ГСИ өлшем құралдары рәестрінде тіркеуде болуы. ҚР аумағында аталған жабдық бойынша авторизацияланған сервистік қызметтің болуы. Сервистік қызмет көрсету 12 айдан кем емес. Медициналық техниканың әлеуетті өнім берушісі өндірушінің немесе ресми дистрибьютердің дәрежесі болуы керек, келісім-шарт және сатып алынатын медициналық техниканы таратуға құқығын растайтын басқа құжаттар болуы тиіс. Жабдыкка кешілілік беру: 2 жыл негізгі құралға, 6 ай кабель мен сымдарға пайдалануға берілген мезеттен бастап. Жеткізу, орнату, оқыту жұмыс орнында. Жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн.</p>
--	---

Бас дәрігер
ШЖК «Екібастұз қалалық
ауруханасы» КМҚК



М.Андосов