

**ПРОТОКОЛ №82**  
**итогов по закупу медицинских изделий**  
**для КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница»**  
**способом запроса ценовых предложений на 2021 год**

г. Павлодар

06 апреля 2021 года

**Комиссия в составе:**

1. Шайкенова К.З. – зам. директора по контролю качества мед. услуг, председатель;
  2. Гарник Е.В. – зам. директора по сестринскому делу, заместитель председателя;
  3. Исеева Ш.К. – медицинская сестра аптечного склада, член комиссии;
  4. Байтенова М.А. – секретарь партийной ячейки «Нұр Отан», член комиссии;
  5. Абулхаир Д.Э. – бухгалтер, член комиссии;
- Мергалимова А.А. – бухгалтер, секретарь комиссии.

Подведены итоги вскрытия конвертов по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг от 30 октября 2009 года №1729 (далее - Правила).

**1. Наименование, краткое описание медицинских изделий по лоту и суммы, выделенные для закупа:**

№ лота	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
1	Расходный набор для системы анализа пота в неонатальной диагностике NANODUCT, набор/бшт	Расходный набор для NANODUCT должен включать: - 12 дисков «Pilogel» - 6 сенсоров Диски «Pilogel» это небольшие (площадь поверхности составляет 2,5 см <sup>2</sup> ) диски ионотерапии, которые вставляются в сборку электродов до ионтофореза. Данные диски содержат концентрацию пилокарпина 1,5% для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионтофореза примерно до 2,5 минут. Диски «Pilogel» должны содержать достаточное количество глицерола для предоставления надежной защиты геля от повреждения, связанного со случайным замораживанием. Диски «Pilogel» должны содержать тринатрийцитрат, прекрасное буферное вещество в кислотном диапазоне рН. Это сокращает анодное окисление геля во время ионтофореза на 90%. В катод, повышенный пилокарпин, который является хорошим буфером в умеренной щелочи рН, также сокращает накопление щелочи при ионтофорезе. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении рН в геле. Каждая из указанных особенностей вносит в клад в безопасность процедуры. Корпус сенсора - Цветной красный сенсор должен иметь два внешних фланца (с электродами) для соединения с красным держателем. Основой сенсора является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и оттуда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектрода анализатора, формирующих корпус микропроводимости.	набор	3	660 000,00

**2. Дата и время представления ценового предложения, наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, предоставивших ценовые предложения:**

№ п/п	Дата	Время	Наименование потенциального поставщика	Адрес
1	29.03.2021г	10ч 00мин	ТОО «Elarum Group»	г. Алматы, ул. Макатаева 131, корпус 6, кв.68

**3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа, и цена такого договора:**

- ТОО «Elarum Group», г. Алматы, ул. Макатаева 131, корпус 6, кв.68, по лоту №1 на общую сумму 660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

**4. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.**

При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

Победитель в соответствии с пунктом 113 Главы 10 Правил, предоставляет Заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Зам. директора по контролю качества мед.услуг:







Зам. директора по сестринскому делу:

Мед.сестра аптечного склада:

Секретарь партийной ячейки «Нұр Отан»:

Бухгалтер:

Бухгалтер:

 Шайкенова К.З.  
 Гарник Е.В.  
 Исеева Ш.К.  
 Байтенова М.А.  
 Абулхаир Д.Э.  
 Мергалимова А.А.