

**Протокол № 1**  
**итогов тендера по закупу медицинских изделий**  
**в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе**  
**обязательного социального медицинского страхования 2022 год**

**с.Теренколь ул. Тәуелсіздік, 88**

**«30» июня 2022г**

В соответствии с требованиями Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признания утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:

1) Фахирслямов Д. К. Руководитель КГП на ПХВ «Больница района Теренкөл».

Заместитель председателя тендерной комиссии:

2) Мукушева Г. С. и.о. главного бухгалтера КГП на ПХВ «Больница района Теренкөл».

Члены комиссии:

3) Беркутбаева Г. Б. главная медицинская сестра КГП на ПХВ «Больница района Теренкөл»;

4) Сергеев В. И. заместитель руководителя по контролю качества медицинских услуг КГП на ПХВ «Больница района Теренкөл»;

5) Абиев А. Б. юрист КГП на ПХВ «Больница района Теренкөл».

Секретарь тендерной комиссии:

Казес М.С. – бухгалтер

рассмотрела и осуществила оценку представленных тендерных заявок.

**1. Наименование, сумма и краткое описание товаров:**

<b>2. № лота</b>	<b>Наименование расходного материала</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>кол-во</b>	<b>цена</b>	<b>сумма</b>
лот №1	Инкубатор для новорожденных с принадлежностями	штука	1	14 796 898,0	14 796 898,0
лот №2	Фетальный монитор	штука	1	2 764 003,0	2 764 003,0

Выделенные суммы закупаемых изделий медицинского назначения, в размере: 17 560 901,0 (семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот один) тенге.

**3. Наименование, местонахождение потенциального поставщика представивших тендерную заявку:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>дата</b>
1	ТОО "ОрдаМед"	Павлодарская область. Город Павлодар, улица Мәшһүр Жүсіп, дом 23, н. п. 52
2	ТОО "TANDEM TVS"	город Алматы, Жетысуский район, проспект Райымбека, дом 169

квалификационные данные потенциальных поставщиков представлены в *Приложении №1 к протоколу итогов.*

3. Таблица цен потенциальных поставщиков, каждой тендерной заявки потенциальных поставщиков представлены в *Приложение №2 к протоколу итогов.*

4. Изложение оценки и сопоставление тендерных заявок

На основании пункта 69 Правил тендерная комиссия целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, рассмотрела информацию



размещенную на интернет ресурсе уполномоченных органов, и установила непричастность потенциальных поставщиков к процедурам, банкротства, ликвидации, и их отсутствие в перечне недобросовестных поставщиков.

5. Руководствуясь Параграфа 4 Правил и главы 9 раздела тендерной документации «Оценка и сопоставление тендерных заявок» тендерная комиссия **РЕШИЛА:**

Отклонить тендерную заявку ТОО "ОрдаМед" в соответствии с:  
подпунктом 9) пункта 70 Правил и подпункта 9) пункта 38 тендерной документации-представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации (на основании экспертного заключения) по лоту №1

6. Руководствуясь Параграфа 4 Правил и главы 9 раздела тендерной документации «Оценка и сопоставление тендерных заявок» тендерная комиссия **РЕШИЛА:**

5) Признать потенциального поставщика ТОО "TANDEM TVS" Павлодарская область. Город Павлодар, улица Мәшһүр Жүсіп, дом 23, н. п. 52 победителем тендера на основании пункта 74 Правил, п. 41 главы 9 раздела тендерной документации по лотам №1,2 с указанием торгового наименования (Приложение №3 к протоколу итогов) в связи с отсутствием конкуренции;

7. Информация о привлечении экспертов:

- 1) Кожегулова Б. К.-врач гинеколог,
- 2) Сальменова М. А.-врач кардиолог,
- 3) Алиев Ш. И.-врач-хирург.

Заказчик в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика.

Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

**Председатель тендерной комиссии:**

**Фахирслямов Д. К.**

**Заместитель председателя тендерной комиссии**

**Мукушева Г. С.**

**Член тендерной комиссии**

**Беркутбаева Г. Б.**

**Член тендерной комиссии**

**Сергеев В. И.**

**Член тендерной комиссии**

**Абиев А. Б.**

**Секретарь тендерной комиссии**

**Қазас М.С.**



**Квалификационные данные потенциальных поставщиков**

№ пп	Перечень документов / Наименование потенциальных поставщиков	1	2
		ТОО "ОрдаМед"	ТОО "TANDEM TVS"
	Адрес и местонахождение поставщика	Павлодарская область. Город Павлодар, улица Мәшһүр Жүсіп, дом 23, н. п. 52	город Алматы, Жетысуский район, проспект Райымбека, дом 169
1	Оригинал обеспечения тендерной заявки	соответствует	соответствует
2	Заявка на участие в тендере	соответствует	соответствует
3	Опись прилагаемых к заявке документов (эл.вариант)	соответствует	соответствует
4	Копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов.	соответствует	соответствует
5	Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, либо справку о государственной регистрации (перерегистрации)	соответствует	соответствует
6	Копия устава для юридического лица ( в случае если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления)	соответствует	соответствует
7	Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика	соответствует	соответствует
8	Таблица цен	соответствует	соответствует
9	техническая спецификация	не соответствует	соответствует
10	сведения о регистрации	соответствует	соответствует



Приложение №2 к протоколу итогов № 1 от 30.06.2022г

Таблицы цен

№ лота	Наименование	плановая цена	ТОО "ОрдаМед"	ТОО "TANDEM TVS"
1	Инкубатор для новорожденных с принадлежностями	14 796 898,00	12 000 000	14 796 898
2	Фетальный монитор	2 764 003,00		2 764 033



Перечень закупаемой медицинской техники 2022 год

№ лота	наименование лота	торговое наименование товара, предлагаемого победителем	Итоговая цена победителя тендера	Победитель тендера
лот №1	Инкубатор для новорожденных с принадлежностями	Инкубатор для новорожденных Shelly с принадлежностями	14 796 898	ТОО "TANDEM TVS"
лот №2	Фетальный монитор	Фетальный монитор серии F90	2 764 033	ТОО "TANDEM TVS"



Экспертное заключение в сравнении указанного в ТЗ Инкубатора для новорождённых с принадлежностями лота №1 с предложенным Инкубатором для новорождённых JW-i3000, производства JW Bio Science Corporation (Республика Корея), компании ТОО «Ordamed»

<p>Параметр, указанный в ТЗ конкурсной документации</p>	<p>Соответствие технических данных предложенного аппарата JW-i3000</p>	<p>Комментарий</p>
<p>Выдвигающаяся на обе стороны, регулируемое ложе, которая со стороны головы пациента может быть повернута на 45°, что облегчает доступ для проведения лечебных процедур и уходу</p>	<p>Несоответствие</p>	<p>Ложе выдвигается, но не имеет возможности ротации (поворота на на 45°)</p>
<p>Электрическое изменение положения кровати до положения «Trendelenburg» и «anti-Trendelenburg» вплоть до 12°.</p>	<p>Несоответствие не указано</p>	
<p>Возможность открытия верхней крышки.</p>	<p>Несоответствие не указано</p>	<p>Отсутствует возможность открытия верхней крышки купола инкубатора.</p>
<p>5 отверстий для рук, 10 отверстий для шлангов</p>	<p>Несоответствие не указано</p>	
<p>Система трендов позволяет сравнивать несколько параметров с записью каждые 2 минуты в течении 14 дней.</p>	<p>Несоответствие не указано</p>	
<p>Уровень шума: не более 38 дБ.</p>	<p>Несоответствие</p>	<p>Высокий уровень шума крайне негативно воздействует на младенца (особенно на недоношенных младенцев).</p>
<p>Установка концентрации O<sub>2</sub> (диапазон установки): 22 – 75 %</p>	<p>Несоответствие</p>	<p>Предложен меньший диапазон установок концентрации кислорода.</p>
<p>Емкость бака для подачи воды: 1,5 литров.</p>	<p>Несоответствие</p>	<p>Предложен меньший объем емкости резервуара.</p>
<p>Защитный чехол – покрывало. Покрывало на купол инкубатора для защиты младенца от внешних воздействий.</p>	<p>Несоответствие не указано</p>	
<p>Подушечки для удобного позиционирования младенца. Специальный набор – для физиологического позиционирования младенца в ложе инкубатора.</p>	<p>Несоответствие не указано</p>	




<p>Фототерапевтическая лампа. Доминирующая длина волны – 440-470 нм. Срок эксплуатации светодиодов – не менее 60 000 часов. Освещаемая площадь – 600x300 мм. Срок эксплуатации светодиодов – не менее 60 000 часов.</p>	<p>Несоответствие не указано</p>	<p>Полностью отсутствует блок фототерапии для лечения неонатальной гипербилирубинемии.</p>
<p><b>Заключение:</b> Предложенный аппарат <i>JW-i3000</i> - имеет множество несоответствий по многим параметрам прописанному в ТЗ аппарату.</p>		

Инкубатор для новорожденных Shelly с принадлежностями предложенный ТОО "TANDEM TVS" соответствует технической спецификации.

**Эксперты:**

Кожегулова Б. К.-врач гинеколог



Сальменова М. А.-врач кардиолог

Алиев Ш. И.-врач-хирург